



Rode Kruis Vlaanderen

Geachte Directeur van de bloedbank,
Geachte Voorzitter van het transfusiecomité,

In het kader van onze melding van een technisch defect (productiefout) in de bloedafnamesets die we gebruiken voor het collecteren en filteren van bloed, wensen we u op de hoogte te brengen dat het probleem intussen verholpen werd. Er is een wijziging geweest van leverancier van het bronmateriaal (PP en PET) waarmee de filter gevormd wordt. Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat er een klein verschil is tussen het bronmateriaal van beide leveranciers.

Sinds begin dit jaar hebben we 2 loten in gebruik waarbij het bronmateriaal van de vorige leverancier gebruikt werd. Bij deze producten hebben we tot nu toe geen enkel defect waargenomen. We blijven dit de komende periode actief opvolgen door de extra maatregelen om dit te monitoren, te behouden.

Hierdoor is het niet meer nodig om de eerder gecommuniceerde mitigerende maatregelen toe te passen, en vragen we u om de aanvragen voor CMV negatieve producten te beperken tot producten gebruikt voor intra-uteriene transfusies.

Steeds ter beschikking voor extra informatie indien bovenstaande niet afdoende duidelijk zou zijn via dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.

Met vriendelijke groet,

Philippe Vandekerckhove
gedelegeerd bestuurder

